

Verlängerte Haltbarkeit für bestimmte Chargen Fastjekt® 300 Mikrogramm Injektionslösung im Fertigpen

Nach Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte möchten wir mit der folgenden Mitteilung Patienten, Apotheker und Ärzte über die Verlängerung des Verfalldatums für bestimmte Chargen Fastjekt® 300 Mikrogramm Injektionslösung im Fertigpen informieren. Patienten können sich sicher sein, dass Fastjekt® 300 Mikrogramm Injektionslösung im Fertigpen dieser Chargen weitere vier (4) Monate genutzt werden kann.

Unsere Empfehlung das Verfalldatum bestimmter Chargen zu verlängern beruht auf der sorgfältigen Prüfung von durch Pfizer zur Verfügung gestellter Daten. Wir glauben, dass eine Verlängerung der Verfalldaten kurzfristig die Verfügbarkeit von Fastjekt® 300 Mikrogramm Injektionslösung im Fertigpen verbessert.

Die betroffenen Chargen, die aktuell ein Verfalldatum zwischen Mai 2018 und November 2018 haben, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Die Verlängerung der Verfalldaten gilt nicht für Fastjekt® Junior 150 Mikrogramm Injektionslösung im Fertigpen. Patienten, Apotheker und Ärzte sollen sich weiterhin an das dort angegebene Verfalldatum halten.

Fastjekt® 300 Mikrogramm Injektionslösung im Fertigpen Chargen mit verlängertem Verfalldatum

Chargenbezeichnung	Original Verfalldatum:	Verlängertes Verfalldatum:
6FA711H	05.2018	09.2018
6FA710E	05.2018	09.2018
6FA712F	05.2018	09.2018
6FA611M	05.2018	09.2018
6FA610R	05.2018	09.2018
6FA610J	05.2018	09.2018
6FA794B	07.2018	11.2018
6FA795R	07.2018	11.2018
6FA795C	07.2018	11.2018
7FA112C	09.2018	01.2019
7FA112B	09.2018	01.2019
7FA106R	09.2018	01.2019
7FA318C	10.2018	02.2019
7FA317E	10.2018	02.2019
7FA265P	11.2018	03.2019

Kontakt Telefon: +49 (0)80063324636
 Kontakt Email: Medinfo.MedInfo@mylan.com