



**Insuman® - Vertriebeinstellung Insuman® 40 I.E./ml Durchstechflaschen,
Umstellung auf Insuman® 100 I.E./ml Durchstechflaschen**



Material-name	Insuman® Rapid 40 I.E./ml Durchstechflasche
PZN	01843315

→



Material-name	Insuman® Rapid 100 I.E./ml Durchstechflasche
PZN	5961129

Der Vertrieb von Insuman® 40 I.E./ml Durchstechflaschen wird eingestellt. Als Alternative dafür wird es ab dem 15.03.2019 Durchstechflaschen mit 100 I.E./ml geben. Pflegepersonal, Ärzte und Patienten, welche bisher Insuman® 40 I.E./ml verwenden, sollten auf die Veränderung hingewiesen werden.

Bitte prüfen Sie stets vor Anwendung die auf dem Etikett angegebene Insulinkonzentration, um Fehldosierungen zu vermeiden. Darüber hinaus darf Insuman® 100 I.E./ml nur mit U-100-Insulinspritzen aus der Durchstechflasche entnommen werden, um Fehldosierungen zu vermeiden.

Beim Ansetzen von Verdünnungslösungen mit geringer Insulinkonzentration kann die Dosiergenauigkeit erhöht werden, indem ein insgesamt größeres Volumen angesetzt wird.

Die Genauigkeit der Applikation aus Insulin-Pens in bspw. Infusionsbeutel wurde von SANOFI nicht getestet.